





- 注释:
- 图纸所有尺寸单位为 毫米 [英寸]. ( ) = 参考尺寸.
- 所有与梅特勒-托利多 RapidCal™ 的相关信息均应保密.
  - 支耳材料: 不锈钢304/316或者等效强度的材料. 图示料罐细节仅作参考.
  - 标定模块安装到料罐时, 垂直度需在0.5度以内.
  - 料罐和基础上的连接点必须能够承受最大标定载荷 (CFm), 并且有适当的安全系数. 必要时需额外加强连接点的强度.
  - $CFm \text{ (磅)} = \text{料罐容量 (磅)} / N$ .  $CFm \text{ (牛顿)} = g * \text{料罐容量 (千克)} / N$ .  
其中  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ,  $N = \text{标定过程中使用的标定模块的数量}$ .
  - 从标定模块中间线 (CL) 到料罐或其他障碍物的最小距离为65毫米 [2.56英寸].
  - 钻孔时, 必须保证没有锥面. 如果可实施, 需要去除孔内过量的油漆, 以免影响装配.

- 颜色说明:
- 红色: RapidCal™ 设备
  - 蓝色: 用户提供
  - 黑色: 料罐和基础
  - 青色: 称重模块

METTLER TOLEDO		MTCT	Drawn	li-383	2019/11/7	Scale	-
		CN-213125 ChangZhou	Change			Format	mt_A3
Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Note	-		Replaces	-
Description 罐腿支耳-8t			ERP NO.			ERP Rev	
GDL RapidCal™ Lug Leg 8t			30489502-1			D	
External Design No.: 30489502-1		External Design Rev.: D	Status: Approved		Mass:	Units: mm	1/1